

**DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ**

TEL. 12 614 2631, FAKS 12 614 3464

E-MAIL: [m.cyran@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:m.cyran@szpitaljp2.krakow.pl)

Kraków, dn. 15.06.2020 r.

**LI/5503/029/2020**

**dot.: odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr LI/5503/029/2020: Dostawa artykułów RTG oraz lup okularowych.**

**Pytanie nr 1**

Prosimy o dopuszczenie różnych rozmiarów uniwersalnych fartuchów bez podziału na damskie i męskie

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Prosimy o dopuszczenie spódnicy bez kieszeni.

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli monogram będzie widniał tylko na kieszeni kamizelki?

**ODP.: Zamawiający uznaje.**

**Pytanie nr 4**

Prosimy o dopuszczenie spódnic o długości 60 cm

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

Prosimy o dopuszczenie długości kamizelki 65 cm przy rozmiarze L

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**

Prosimy o dopuszczenie długości kamizelki 65 cm przy rozmiarze XL

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

Prosimy o dopuszczenie czepków wiązanych na troki

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**

Prosimy o dopuszczenie czepków o wadze maksymalnej 210g.

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 9**

Prosimy o dopuszczenie okularów o wadze 66g.

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

w związku z panującą pandemią i wynikającymi z niej niedogodnościami, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni? Jednocześnie zapewniamy, że w razie wybrania naszej oferty, dołożymy wszelkich starań, aby realizacja nastąpiła tak szybko jak będzie to możliwe i bez zbędnej zwłoki..

**ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z poważaniem

**KIEROWNIK**  
Dział Inżynierii Klinicznej  
*[Signature]*  
mgr inż. Paweł Szkodny  
tel. +48 12 614 2018

**GLÓWNY SPECJALISTA**  
ds. Realizacji Umów  
DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ  
*[Signature]*  
mgr inż. Maciej Cyran