

Kraków, dnia 2025.08.28

Dot. Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na Sukcesywną dostawę preparatów do dezynfekcji narzędzi i endoskopów, Nr 6/2025/ER

Pytanie

Pakiet 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu typu Detro Enzym nisko pieniącego preparatu enzymatycznego rozpuszczającego substancje organiczne i ścięte białko na bazie niejonowych substancji powierzchniowo czynnych stosowany do manualnego wstępnego mycia instrumentów medycznych, głowic przez-przelykowych (z możliwością stosowania w myjniach automatycznych) typu X7-2T, X8-2T producenta Philips, 6Tc RS producenta GE HealthCare, używanych przez Zamawiającego. Odczyn pH 8-9.

Kompatybilność i bezpieczeństwo stosowania preparatu potwierdzone przez producentów preparatu (np. w formie oświadczenia). Opakowanie: max do 5 litrów. W przypadku kanistrów konieczność dołączenia pompki dozującej ułatwiającej prawidłowe dozowanie produktu. Preparat będący wyrobem medycznym zgodny z rozporządzeniem 2017/745 i załącznikiem nr V Rozporządzenia MDR z późniejszymi zmianami. Czas działania 5 min. Preparat kompatybilny z poz. nr 2

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat.

Pytanie

Pakiet 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu typu Detro OPA -preparat którego substancją czynną jest aldehyd orto-flatowy o stężeniu 0,55% (nie wymaga aktywacji), do szybkiej dezynfekcji manualnej głowic przez-przelykowych typu X7-2T, X8-2T producenta Philips, 6Tc RS producenta GE HealthCare używanych przez Zamawiającego. Kompatybilność i bezpieczeństwo stosowania preparatu potwierdzone przez producenta preparatu np. w formie oświadczenia. Preparat o zapachu charakterystycznym, przeznaczony do dezynfekcji wysokiego stopnia, gotowy, z możliwością stosowania w myjniach automatycznych. Minimum 14 dniowa aktywność preparatu kontrolowanego przy pomocy pasków testowych mierzących minimalne efektywne stężenie substancji czynnej. O spektrum działania: B, W, G, Tbc, w czasie do 5 min. Opakowanie: max do 5 litrów.

Po otwarciu kanistra posiada możliwość stosowania do 75 dni. Preparat będący wyrobem medycznym w okresie przejściowym zgodnie z rozporządzeniem 2017/745 i załącznikiem nr V Rozporządzenia MDR z późniejszymi zmianami.

Paski do kontrolowania minimalnego efektywnego stężenia substancji czynnej do zaoferowanego preparatu w poz. 2. Wymagane opakowanie do 100 sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat.

Pytanie

Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o wskazanie ilości pasków jaką Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź

Jedno opakowanie (100 szt. pasków) na dwa opakowania preparatu (2 x 5 l).

Pytanie

Pakiet 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu stosowanego w Państwa jednostce typu Detrol Enzym nisko pieniącego preparatu enzymatycznego rozpuszczającego substancje organiczne i ścięte białko, stosowany do manualnego wstępnego mycia narzędzi medycznych i sprzętu endoskopowego, kompatybilny z endoskopami giętkimi różnych producentów tj; Karl Storz, Olympus, Pentax, używanych przez zamawiającego. Preparat zawierający inhibitory korozji, zapewniający szybki czas działania, skuteczny w wodzie o temperaturze pokojowej. Preparat łatwo spłukiwany i dokładnie usuwalny z umytych endoskopów, kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym. W przypadku kanistrów konieczność dołączenia pompki dozującej ułatwiającej prawidłowe dozowanie produktu. Opakowanie: max do 5 litrów. Preparat będący wyrobem medycznym, spełniający wymagania Rozporządzenia MDR z późniejszymi zmianami. Czas działania: 5 min.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego preparatu.

Pytanie

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie z jakim preparatem dezynfekcyjnym ma być kompatybilny zaoferowany środek.

Odpowiedź

Preparat myjący winien być kompatybilny ze sprzętem endoskopowym różnych producentów tj: Karl Storz, Olypmus, Pentax używanych przez zamawiającego oraz preparatem dezynfekcyjnym aktualnie stosowanym w szpitalu Neodisher endo Sept GA, oraz Neodisher endo Clean.

Pytanie**Pakiet 3 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie preparatu zgodnego z SWZ działający w stężeniu od 2-10 min.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza preparat o zaproponowanym stężeniu.

Pytanie**Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o pH w zakresie 8-9 co nieznacznie odbiega od wymaganego, pozostałe wymagania zgodne z OPZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat.

Pytanie**Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat działający w czasie do 10 min., pozostałe wymagania zgodne z OPZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego preparatu.