

Kraków, dnia 2025.08.13

Zapytanie ofertowe Nr 6/2025/ER

Dostawa preparatów do dezynfekcji narzędzi i endoskopów

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.08.2025 r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202
Kraków

Informacje dotyczące zamówienia:

1. **Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji narzędzi i endoskopów.** Czas realizacji – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.08.2025 r. do godz. 11 00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.08.2025 o godz. 11 05.
2. Miejsce składania ofert :
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na Platformie Zakupowej naszego Szpitala
3. Kryterium oceny oferty: cena oferty brutto - 100%
4. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Warunki zgłaszania oferty:

1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w wersji elektronicznej na Platformie Zakupowej naszego Szpitala.
3. Oferta winna zawierać datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od

daty złożenia oferty.

4. Ofertę można złożyć na każdy pakiet osobno.

Do oferty należy dołączyć:

1. Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
2. Ulotkę produktu oraz kartę charakterystyki.

Kontakt w sprawie ogłoszenia – tel. (12) 614 22 36 , e-mail: drz@szpitaljp2.krakow.pl

Pakiet 1			
1. Manualne, wstępne mycie głowic przezprzełykowych.			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość całkowita (litry/kg/(sztuki)	Ilość całkowita
1	Nisko pieniący preparat enzymatyczny rozpuszczający substancje organiczne i ścięte białko na bazie niejonowych substancji powierzchniowo czynnych stosowany do manualnego wstępnego mycia instrumentów medycznych, głowic przez-przełykowych (z możliwością stosowania w myjniach automatycznych) typu X7-2T, X8-2T producenta Philips, 6Tc RS producenta GE HealthCare, używanych przez Zamawiającego. Odczyn pH 7-8,8. Kompatybilność i bezpieczeństwo stosowania preparatu potwierdzone przez producentów w/w głowic (np. w formie oświadczenia lub publicznie dostępnej listy /wykazu producenta głowic). Opakowanie: max do 5 litrów. W przypadku kanistów konieczność dołączenia pomki dozującej ułatwiającej prawidłowe dozowanie produktu. Preparat	Litry	350 L

	będący wyrobem medycznym zgodny z rozporządzeniem 2017/745 i załącznikiem nr V Rozporządzenia MDR z późniejszymi zmianami. Czas działania 1-3 min. Należy dołączyć do oferty ulotkę produktu oraz karta charakterystyki.		
	Preparat enzymatyczny kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z poz 2.		
2. Manualna dezynfekcja głowic przezprzełykowych			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość całkowita (litry/kg/(sztuki)	Ilość całkowita
2	Preparat którego substancją czynną jest aldehyd orto-flatowy o stężeniu 0,55% (nie wymaga aktywacji), do szybkiej dezynfekcji manualnej głowic przez-przełykowych typu X7-2T, X8-2T producenta Philips, 6Tc RS producenta GE HealthCare używanych przez Zamawiającego. Kompatybilność i bezpieczeństwo stosowania preparatu potwierdzone przez producentów w/w głowic (np. w formie oświadczenia lub publicznie dostępnej listy /wykazu producenta głowic). Preparat bezwonny, przeznaczony do dezynfekcji wysokiego stopnia, gotowy, z możliwością stosowania w myjniach automatycznych. Minimum 14 dniowa aktywność preparatu kontrolowanego przy pomocy pasków testowych mierzących minimalne efektywne stężenie substancji czynnej. O spektrum działania: B, W, G, Tbc, w czasie do 5 min. Opakowanie: max do 5 litrów. Należy dołączyć do oferty ulotkę produktu oraz karta charakterystyki.	Litry	240 L
	Po otwarciu kanistra posiada możliwość stosowania do 75 dni. Preparat będący wyrobem medycznym, zgodny z rozporządzeniem		

2017/745 i załącznikiem nr V Rozporządzenia MDR z późniejszymi zmianami.		
Paski do kontrolowania minimalnego efektywnego stężenia substancji czynnej do zaoferowanego preparatu w poz. 2. Wymagane opakowanie do 100 sztuk.		

Pakiet 2			
Dekontaminacja sprzętu laboratoryjnego w myjni-dezynfekatorze LA 180 dla laboratorium Klinicznego			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość całkowita JM	Ilość całkowita
1	Proszkowy alkaliczny produkt myjący do maszynowego czyszczenia sprzętu ze szkła, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych, usuwający tłuszcze, oleje, żywice, parafinę i barwniki organiczne. Preparat zawierający w swoim składzie min, metakrzemian sodu, alkohol i związki powierzchniowo czynne. Opakowanie: max do 3 kg. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR z późniejszymi zmianami.	kilogramy	15 kg

Pakiet 3			
Wstępne mycie endoskopów giętkich			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość całkowita (litry/kg/(sztuki)	Ilość całkowita

1	Nisko pieniący preparat enzymatyczny rozpuszczający substancje organiczne i ścięte białko, stosowany do manualnego wstępnego mycia narzędzi medycznych i sprzętu endoskopowego, kompatybilny z endoskopami giętkimi różnych producentów tj; Karl Storz, Olympus, Pentax, używanych przez zamawiającego. Preparat zawierający inhibitory korozji, zapewniający szybki czas działania, skuteczny w wodzie o temperaturze pokojowej. Preparat łatwo spłukiwany i dokładnie usuwalny z umytych endoskopów, kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym. W przypadku kanistów konieczność dołączenia pomki dozującej ułatwiającej prawidłowe dozowanie produktu. Opakowanie: max do 5 litrów. Preparat będący wyrobem medycznym, spełniający wymagania Rozporządzenia MDR z późniejszymi zmianami.	Litry	300 L
	Czas działania: 1-3 min		

Pakiet 4			
Środek myjący do myjni Meiko TopClean 60			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość całkowita (litry/kg/(sztuki)	Ilość całkowita
1	Płynny środek do intensywnego mycia. Przeznaczony m.in. do naczyń sanitarnych oraz obuwia operacyjnego. Bezbarwny, wysoko alkaliczny. Możliwość stosowany do wody o każdym stopniu twardości. Zawierający w swoim składzie: fosfoniany <5 % oraz polikarboksylian <5 %. Nie zawierający: Kwasu nitrylotriooctowego oraz chloru. pH produktu: 14. Gęstość: 1,3 g/ml. Dozowanie: 1,0 - 5,0 g/ml. Kompatybilny z preparatem płuczającym. Rekomendowany przez producenta posiadanej przez Zamawiającego myjni Meiko. Opakowanie: max do 5 litrów.	Litry	25 L

Środek płuczący do myjni Meiko TopClean 60			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość całkowita (litry/kg/(sztuki)	Ilość całkowita
1	Płynny środek przeznaczony do płukania, przyspieszający suszenie i redukujący tworzenie się piany. Przeznaczony m.in. do naczyń sanitarnych oraz obuwia operacyjnego Dozowanie 0,1-0,5 g/l, skład: >30% niejonowych tenzydów, <5% środków konserwujących. Kompatybilny z preparatem myjącym. Rekomendowany przez producenta posiadanej przez Zamawiającego myjni Meiko. Opakowanie: max do 5 litrów.	Litry	25 L

Wymagania Zamawiającego

1. Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych zgodna ze wzorem rozporządzenia 2017/745
2. Ulotki produktu oraz karta charakterystyki.
3. Próbkę preparatów określić wielkość opakowania, jeśli jest używany obecnie dany produkt to Zamawiający nie wymaga próbek
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.
5. W przypadku wystąpienia uszkodzeń sprzętu posiadanego przez Zamawiającego, spowodowanych zaoferowanym wyrobem medycznym, koszty naprawy sprzętu ponosi Wykonawca.
6. W przypadku zmiany dostawcy płynu, po stronie Wykonawcy pozostaje przepłukanie myjni, skalibrowanie i podłączenie preparatu.
7. Okres trwałości środków wynosi minimum 2 lata od daty produkcji z oznaczeniem symbolem na etykiecie produktu.