

DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ

TEL. 12 614 2018, FAKS 12 614 2410

E-MAIL: inzynieria@szpitaljp2.krakow.pl

Kraków, dn. 25.03.2021 r.

LI/5503/01/2021/Odp

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie z dnia 24.03.2021, tj.

dot.: Pkt 2, Pyt. 3 do punktu 44 specyfikacji z dnia 24.03.2021: „Prosimy o dopuszczenie materaca o długości 1200 mm. Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.”

Ostatecznie ustala treść odpowiedzi do Pkt 2, Pyt. 3 która brzmi:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza materaca o długości 1200 mm.

Dopuszczona do zaoferowania długość materaca wynosi:

- 1270 ± 30 [mm]
- 1900 ± 50 [mm].