

DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ
TEL. 12 614 2018, FAKS 12 614 2410
E-MAIL: inzynieria@szpitaljp2.krakow.pl

Kraków, dn. 24.03.2021 r.

LI/5503/01/2021/Odp

Do wszystkich zainteresowanych

dot.: odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr LI/5503/01/2021.

1. Pyt. 1 do 11 i 29 punktu specyfikacji:
Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej umożliwiającej obsługę 2 elementów grzewczych dla pacjentów dorosłych na bloku operacyjnym (np. materaca i koca) , (maksymalny łączny pobór mocy 170W)
Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego w pytaniu rozwiązania. Jednostka kontrolna ma umożliwić obsługę min. 5 elementów grzewczych dla pacjentów dorosłych na bloku operacyjnym.
2. Pyt. 3 do punktu 44 specyfikacji:
Prosimy o dopuszczenie materaca o długości 1200 mm.
Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Pyt. 4 do punktu 45 specyfikacji:
Prosimy o dopuszczenie materaca o szerokości 535 mm.
Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.
4. Pyt. 5 do punktu 53 specyfikacji:
Prosimy o dopuszczenie systemu ogrzewającego pacjenta wyposażonego w materac zawierający integralne pasy zawierające guziki zatrzaskowe służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niezależnie od konfiguracji blatu i jego szerokości.
Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.