

**DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ**

TEL. 12 614 2018, FAKS 12 614 2410

E-MAIL: [inzynieria@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:inzynieria@szpitaljp2.krakow.pl)

Kraków, dn. 25.03.2021 r.

**LI/5503/01/2021/Odp**

**Do wszystkich zainteresowanych**

**dot.: odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr LI/5503/01/2021.**

1. Czy Zamawiający dopuści kontrolkę z możliwością podłączenia 5 elementów grzewczych dla pacjentów na bloku operacyjnym z maksymalnym łącznym poborem mocy do 170W?

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza kontrolkę z możliwością podłączenia 5 elementów grzewczych dla pacjentów na bloku operacyjnym z maksymalnym łącznym poborem mocy do 170W.**