

DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ
TEL. 12 614 2667, FAKS 12 614 2410
E-MAIL: i.szczur@szpitaljp2.krakow.pl

Kraków, dn. 21.04.2021 r.

LI/5503/012/2021/Odp

Do wszystkich zainteresowanych

dot.: odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr LI/5503/012/2021.

1. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania nr j. w., zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody i zmianę terminu dostawy na maks. 6 do 8 tygodni licząc od daty podpisania Umowy - fartuchy produkowane są w Stanach Zjednoczonych A.P. i z uwagi na długość cyklu produkcyjnego a także możliwości transportowe - transport (lotniczy !) wraz z odprawą celną może trwać 10 do 14 dni termin 4 tygodni może nie być możliwy do dotrzymania.

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza i zmienia termin realizacji zamówienia, który określa się na max. 6 tygodni, licząc od daty podpisania umowy.

2. Ponadto, proszę o wyrażenie zgody na możliwość elektronicznego przesłania oferty, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odp: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy zamawiający dopuści garsonki bez kieszonki? W zestawie jest kieszeń, ale na kamizelce.

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza. Wystarczająca będzie kieszonka na kamizelce.

4. Czy zamawiający będzie wymagał okresu gwarancji na produkty odzieżowe 36 miesięcy? Wydłużona gwarancja w naszym mniemaniu powinna leżeć w interesie zamawiającego.

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. Czy zamawiający będzie wymagał, aby tarczyce miały zapięcie magnetyczne? Powoli system ten staje się standardem, głównie ze względów higienicznych, dezynfekcyjnych i żywotnościowych.

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

6. Czy zamawiający będzie wymagał, aby okulary były pokryte powłoką antyrefleksyjną?

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

7. Czy zamawiający będzie wymagał, aby okulary były wyposażone dodatkowo w tasiemki, które uniemożliwiają ewentualne zsunięcie się i wpadnięcie w pole operacyjne?

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

8. Czy zamawiający dopuści fartuchy jednoczęściowe dwustronne, które zapinane są na rzepy w przedniej części oraz wyposażone w pas zaciskowy, odciążający i zapinany na klamrę?

Odp: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy w pkt 8 i 9 części 6 pakietu nr I bez zmian.

9. Czy zamawiający będzie wymagał, aby krótkie fartuchy były na pałąku elastycznym? Pałąk w znaczącym stopniu wydłuża żywotność produktu.

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10. Czy zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie fartuchy były pokryte materiałem łatwo zmywalnym oraz odpornym na plamy z krwi i kontrastu?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga, aby fartuchy były pokryte materiałem łatwo zmywalnym oraz odpornym na plamy z krwi i kontrastu. Zmodyfikowane, obowiązujące: formularz ofertowy i formularz cenowy zostaną opublikowane wraz z odpowiedziami.

11. Czy zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy z 4 tygodni do 6? Ze względu na panującą sytuację na świecie.

Odp: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

12. poz. 3 Czapki ochronne - 3 sztuki

Wnosimy o wyodrębnienie poz. 3 Czapki ochronne do osobnego pakietu.

Niewielu producentów ŚOI posiada w swojej ofercie czapki rtg opisane w poz. 3. Wyodrębnienie czapek do osobnego pakietu umożliwi złożenie ofert na pozostały asortyment znacznie większej liczbie wykonawców, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności oraz niższą cenę zakupu dla Zamawiającego.

Odp: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

13. poz. 6. Fartuch jednoczęściowy, dwustronny – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści regulowany pas o wysokości 12 cm? Podana wysokość w rozwiązaniach producenta oferowanych fartuchów jest w pełni wystarczająca do optymalnego rozkładu ciężaru na biodra i barki.

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

14. poz. 5. Okulary ochronne RTG typ II - 4 sztuki

Czy Zamawiający dopuści okulary rtg typu GOGLE posiadające możliwość zarówno regulacji kąta nachylenia jak i długości ramion, co pozwala na bardzo dokładne dopasowanie okularów do twarzy i zapewnia optymalną ochronę. Wielkość i kształt oprawek umożliwiają ich stosowanie na zwykłe okulary korekcyjne.

Różnica w wadze okularów (zaledwie 6 gramów więcej) jest nieodczuwalna, a neutralny kolor oprawek (przezroczyste) pasuje do fartuchów w każdej kolorystyce.

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



15. poz. 7. Krótki fartuch jednostronny – 4 sztuki

Proszę o potwierdzenie, że przez wyrażenie „ Krótki fartuch jednostronny” Zamawiający ma na myśli fartuch potocznie nazywany półfartuchem miednicowym lub półfartuchem biodrowym?

Odp: Tak, Zamawiający potwierdza, że przez wyrażenie „Krótki fartuch jednostronny” Zamawiający ma na myśli fartuch potocznie zwany półfartuchem miednicowym bądź półfartuchem biodrowym.

16. umowa

Asortyment objęty umową nie wymaga instalacji i uruchomienia. Prosimy o wykreślenie tych zapisów z umowy w §1 pkt. 1, §2, pkt. 3 oraz w § 3, pkt. 1.

Odp: Tak, Zamawiający wykreśla wyżej wymienione zapisy z umowy. Zmodyfikowany, obowiązujący wzór umowy zostanie opublikowany wraz z odpowiedziami.

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 Okulary ochronne RTG w wadze 101g ?

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

ZAMAWIAJĄCY PRZYPOMINA, ŻE NIE DOPUSZCZA W POSTĘPOWANIU NR LI/5503/012/2021 DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, TJ. NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY PAKIETU NR I.