

Zapytanie ofertowe Nr 3/ER/2021

Dostawa Szafy formalinowej, szafy wentylowanej na odczynniki oraz regałów metalowych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.05.2021 r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Informacje dotyczące zamówienia:

1. Jednorazowa dostawa wraz z montażem szafy formalinowej, szafy wentylowanej na odczynniki oraz regałów metalowych. Czas realizacji do 60 dni od daty podpisania umowy.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2021 r. do godz. 10 00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.06.2021 o godz. 10 30, Pawilon M IV, Dział Realizacji Zamówień.
2. Miejsce składania ofert :
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80, 31-202 Kraków w Pawilonie A V - Centrum Administracyjno – Konferencyjno – Szkoleniowego (Dziennik Podawczy).
3. Kryterium oceny oferty: cena oferty brutto - 100%
4. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
5. Ofertę składa się w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem postępowania. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza.
6. Oferta winna zawierać datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 30 dni od daty złożenia oferty.
7. Zamawiając dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety
8. Kontakt w sprawie ogłoszenia – tel. (12) 614 22 36 , e-mail: drz@szpitaljp2.krakow.pl

Pakiet I

1. Szafa na próbki formalinowe

Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2021 r.

Lp.	Parametry
1.	Szafa wentylowana ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5mm
2.	Wentylowana, zamykana szafa dwuskrzydłowa [drzwi z podwójnymi uszczelkami: uszczelka na rancie (wciskana) i uszczelka przyklejana do obudowy] z systemem filtracji chemicznej, przeznaczona do składowania próbek histologicznych zabezpieczonych w formalinie

3.	Szkielet wykonany z blachy stalowej
4.	Drzwi zamykane z właściwymi oznaczeniami wyposażone w bezpieczne szyby z hartowanego szkła. Kąt rozwarcia drzwi min. 150°
5.	Regulowane 4 stopki poziomujące
6.	Drzwi wyposażone w zamek trzy punktowy typu „T” z wkładką na klucz
7.	Otwory wlotowe powietrza w tylnej ścianie szafy
8.	4 półki wykonane ze stali, o nośności minimum 50 kg, z wysokim rantem zapobiegającym rozlaniu się płynów w razie pęknięcia pojemnika. Wysokość półek regulowana
9.	Gniazdo filtra chemicznego i wstępnego
10	Szafa przeznaczona do podłączenia do wyciągu oparów o wydajności 200 - 300 m ³ / godz.
11	Wymiary zewnętrzne szaf: 1200 x 600 x 2000 mm (sz. x gł. x wys.)
12	Przyłącze w pozycji centralnej na szczycie szafy o średnicy 120mm

2. Szafa wentylowana na odczynniki

Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2021 r.

Lp.	Parametry
1.	Szafa 2-drzwiowa wentylowana spełniająca normę EN 14470-1 lub równoważny
2.	Wymiary zewnętrzne szafy bez wentylatora: wys. 1980mm x szer. 1115mm x głębokość 550mm (+/- 30 mm)
3.	Szafa podzielona na 3 oddzielne sekcje: na odczynniki łatwopalne, żrące i toksyczne
4.	5 półek
5.	Waga szafy maksymalnie 245kg
6.	Ognioodporność: 30 minutowa
7.	Drzwi samozamykające się
8.	Możliwość podłączenia do wyciągu zewnętrznego
9.	Możliwość podłączenia wentylatora z filtrami na szczycie szafy – średnice przyłącza 100mm

Pakiet II

Regały metalowe

Lp.	Parametry	ilość
1.	Regał metalowy, czteropółkowy - szerokość – 100 cm - wysokość – 200 cm - głębokość – 40 cm	2 szt.
2.	Regał metalowy, pięciopółkowy - szerokość – 125 cm - wysokość – 200 cm - głębokość – 50 cm	1 szt.
Parametry techniczne regalów:		

Regały wykonane z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 mm, ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304),
Półki o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm
Półki pełne regulowane
Regały na nóżkach o wysokości 140 mm \pm 5 mm, regulowanych w zakresie do 20 mm (możliwość wypoziomowania regału).
Stopki wykonane z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
Regały winny posiadać atest higieniczny.