

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (zwany dalej Zamawiającym) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty kosztowej dla zadania:

„Przebudowa układu wody chłodniczej do rezonansu magnetycznego w budynku M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie”.

1. Opis zamierzenia.

Przedmiotem realizacji jest przebudowa układu wody chłodniczej do rezonansu magnetycznego pracującego w budynku M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie wg zakresu j.n.:

- dostawa i montaż pompy elektronicznej obiegu wody chłodniczej o parametrach: wydajność/przepływ regulowany w zakresie 3,5- 6,0 m³/h; karta katalogowa w załączniku nr 3;
- demontaż obecnie pracującej pompy i przekazanie Zamawiającemu;
- dostawa i montaż armatury (filtr siatkowy o wielkości oczka 10 mikrom., zawory odcinające, zawór zwrotny);
- przesunięcie i przebudowa istniejącego układu wody chłodniczej /wg wytycznych z wizji lokalnej/;
- demontaż oraz montaż nowej izolacji kauczukowej na rurarzu wody chłodniczej /wg wytycznych z wizji lokalnej/;
- doprowadzenie i rozbudowa instalacji elektrycznej /wg wytycznych z wizji lokalnej/.

2. Termin wykonania zadania

Termin wykonania usługi 8 tygodni od daty podpisania umowy.

3. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 8 września 2022 r do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku A-V - Dziennik Podawczy.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu.

4. Wymagania dla Wykonawcy

- Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu 3 lat wstecz od daty złożenia oferty świadczył bądź świadczy usługi serwisowo-przebiegowe instalacji chłodniczej dedykowanej do rezonansów magnetycznych.
- Wykonał co najmniej jedno zlecenie o wartości co najmniej 15.000 zł. netto w zakresie zawartym w j.w.

5. Zawartość

Oferta Wykonawcy winna zawierać:

Formularz cenowy (Załącznik nr 1)

Poświadczoną realizację zleceń w niniejszej tematyce.

Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 2)

6. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych
2. Wszelkie informacje odnośnie zadania można uzyskać pod numerem telefonu 12 614 35 05 oraz 12 614 32 98 w godzinach 8 – 14.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.
5. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz cenowy;

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – karta katalogowa pompy obiegowej