

Zapytanie ofertowe 9/ER/2022

Pytania i odpowiedzi

**Pytanie 1 (dotyczy Pakietu 1):**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w postaci koncentratu bezwonnego do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych zawierający N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina oraz enzymy, wykazujący szeroką kompatybilność materiałową, kompatybilny z: ze stali kwasoodpornej, polistyrenem, PVC, polikarbonem, ABS, silikonem, gumą, szkłem, porcelaną, tworzywa sztuczne. Preparat skuteczny wobec bakterii, prątków, wirusów, grzybów w stężeniu 0,5% i w czasie 15 min, pH Neutralne. Konfekcjonowany w opakowaniu 1 litr z miarką lub opakowanie 5 litrów

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający pozostawia warunki SWZ bez zmian.

**Pytanie 2 (dotyczy Pakietu 1):**

Prosimy o wskazanie, czy Wykonawca oferujący preparat spełniający wymagania opisu przedmiotu zamówienia wobec opisanego spektrum: bakterii, prątków, wirusów, grzybów w niższym stężeniu użytkowym tj. 0,5% i w czasie 15 min., może przeliczyć ilość litrów roztworu (60 tys.) i wycenić ilość litrów koncentratu tj. 300 l, zapewniając jednocześnie uzyskanie 60000 litrów roztworu roboczego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Niższe stężenie nie jest dopuszczalne.

**Pytanie 3 (dotyczy Pakietu 1):**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 1 dopuści równoważny preparat typu Viruton Extra o następujących parametrach: Preparat w postaci koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych zawierający aminy oraz enzym proteazę, pH 11,1 - 11,85, kompatybilny z: stal nierdzewna, aluminium, guma, tworzywa sztuczne. Skuteczny wobec bakterii, prątków (*M. terrae*, *M. avium*), wirusów (*Vaccinia*, BVDV, SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Polio), grzybów (*C. albicans*) w stężeniu 2,0% i w czasie 15 min. opakowanie 1 litr z miarką lub opakowanie 5 litrów?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.