

Zapytanie ofertowe 12/ER/2022

Dostawa wraz z montażem mebli medycznych i biurowych

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1 (dot. Pakietu 3): Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez atestu higienicznego ale z deklaracją zgodności oraz zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych, które to dokumenty potwierdzają, że jest to wyrób medyczny i może być wykorzystywany w placówkach służby zdrowia?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia tylko deklaracji zgodności jako dokumentu równoważnego i nie wymaga atestu higienicznego.

Pytanie 2 (dot. Pakietu 3): Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym oraz bocznym wykonanym z płyty tworzywowej typu HPL, który to materiał jest zdecydowanie trwalszy od oczekiwanego ABS?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 (dot. Pakietu 3): Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty HPL, bez pogłębienia, ale z aluminiowymi rabatami?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 (dot. Pakietu 3): Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad o wysuwie jednostronnym oraz otwartą półką między nimi?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 (dot. Pakietu 3): Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kółkami o średnicy 52 mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 (dot. Pakietu 3): Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z podstawą bez elementów z ABS, które wydają się zbędne?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 (dot. Pakietu 3): Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym składanym do boku szafki?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 (dot. Pakietu 3): Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 451 mm, szerokości 555 mm i wysokości 875 mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 (dot. Pakietu 3): Czy Zamawiający dopuści w pkt 5 szafkę o poniższych parametrach:

1. Szafka dwustronna z możliwością postawienia z prawej lub lewej strony łóżka.

Wymiary;

Szerokość - 540 mm

Głębokość - 510 mm

Wysokość - 900 mm

Wysokość drzwiczek – 360 mm

Wysokość szuflady – 90 mm

Wolna przestrzeń między szufladą a drzwiczkami na rzeczy pacjenta 120 mm

2. Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym

3. Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne

4. Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l

5. Blaty szafki (główny i boczny) wykonane z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów

- 6.Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi
- 7.Szafka posiada cztery koła jezdne o \varnothing 65 mm, każde z blokadą.
- 8.Półka na obuwi w dolnej części szafki wykonana z metalowej siatki montowanej na stałe
- 9.Dodatkowy blat boczny z możliwością chowania do boku szafki i płynną regulacją wysokości w zakresie 780 – 1180 mm oraz nachylenia w min. 3 pozycjach, blat boczny o wymiarach 550 x 320 mm i obciążeniu do min. 10 kg.
- 10.Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady
- 11.Czoła szuflady i szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z możliwością wyboru koloru min. 16 kolorów?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10 (dot. Pakietu 3): Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przedłożenia atestu higienicznego, ze względu na fakt iż wiążącym dokumentem dopuszczającym przedmiot do obrotu jest deklaracja zgodności.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przedłożenia atestu higienicznego pod warunkiem dostarczenia deklaracji zgodności jako dokumentu równoważnego.