

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

„Sprzedaż i dostawa - nabój gazowy do sterylizacji tlenkiem etylenu EO 8-170 3M Steri-Gas lub równoważny”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 288 sztuk naboji do sterylizacji tlenkiem etylenu typ EO 8-170 3M Steri Gas lub naboji o parametrach równoważnych do sterylizacji w sterylizatorze 3M Steri-Vac 8XL

Zamawiający posiada sterylizator firmy 3M Steri-Vac 8XL. Naboje muszą być dedykowane do procesu sterylizacji wyrobów medycznych oraz pojemności komory sterylizatora, która wynosi 224 L. Naboje muszą zawierać 100 % tlenek etylenu (EO), ciężar gazu 170 g przy czym minimalny ciężar brutto 185 g.

Zamawiający w trakcie trwania umowy przewiduje dostawę trzech partii naboji w ilości 96 sztuk. W odstępach około 4 miesięcznych z uwagi na ograniczoną pojemność dedykowanego magazynu.