

Kraków, 12.02.2024

LI/5503/02/2024/01

Dział Inżynierii Klinicznej

tel. 0-12 614 24 57

e-mail: k.karwala@szpitaljp2.krakow.pl

Dotyczy: znak sprawy: LI/5503/02/2024/01 Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

PAKIET I - Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

Pytanie 1.

Prosimy o informację czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie na czas wykonywania testów specjalistycznych angiografów Philips obecność serwisanta, który uruchomi tryb serwisowy?

Odp.: Zgodnie z pkt. 5 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 grudnia 2022 w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych – „Badane fizyczne parametry należy sprawdzać, korzystając z funkcji urządzeń radiologicznych z pozycji dostępnych dla użytkownika.” W związku z powyższym zamawiający nie widzi konieczności obecności serwisanta oraz uruchamiania trybu serwisowego testowanych urządzeń.

Pytanie 2.

Prosimy o informację czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie na czas wykonywania testów specjalistycznych angiografów Siemes obecność serwisanta, który uruchomi tryb serwisowy lub udostępni kody serwisowe ?

Odp.: Zgodnie z pkt. 5 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 grudnia 2022 w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych – „Badane fizyczne parametry należy sprawdzać, korzystając z funkcji urządzeń radiologicznych z pozycji dostępnych dla użytkownika.” W związku z powyższym zamawiający nie widzi konieczności obecności serwisanta oraz uruchamiania trybu serwisowego testowanych urządzeń.

Pytanie 3.

Prosimy o informację ilu lampowe są aparaty telekomando, angiografy i tomografy komputerowe – w przypadku jeśli tomografy są dwulampowe czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie na czas wykonywania testów specjalistycznych obecność serwisanta, który uruchomi tryb serwisowy lub udostępni kody serwisowe ?

Odp.: Zamawiający informuje, że tomograf CT Drive jest urządzeniem dwulampowym, pozostałe urządzenia posiadają jedną lampę.

Pytanie 4.

Prosimy o informację ile jest aparatów mobilnych – w załączniku nr 2 do umowy jest podanych 11, w załączniku nr 1 do ogłoszenia widnieje 10 sztuk ?

Odp.: Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do ogłoszenia i poprawna liczba aparatów mobilnych to 11. W związku z powyższym Zamawiający dołącza skorygowany załącznik.

Pytanie 5.

Prosimy o podanie ilości czynnych obszarów obrazowania rtg stosowanych klinicznie w każdym monitorze, którego dotyczy zapytanie.

Odp.: Zamawiający informuje, że każdy z wymienionych monitorów posiada jeden obszar czynnego monitorowania obszarów obrazowania RTG.

WZÓR UMOWY

Pytanie 6.

Zwracamy się z prośbą o zmianę pkt 1 § 3 umowy na:

„Zleceniobiorca zobowiązuje się do opracowania i przekazania Zleceniobiorcy wyników testów specjalistycznych, o których mowa w §1 do Zleceniodawcy w formie sprawozdania z testów w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia wykonania testów” – analogicznie jak w pkt 3 § 3

oraz zmianę pkt 2 § 3 umowy na :

„W przypadku wykonania przez Zleceniobiorcę testu aparatu RTG dla którego istnieje konieczność nagrania i przekazania wyników badania w formacie DICOM, nagranych na płycie CD, Zleceniobiorca zobowiązuje się do opracowania i przekazania wyników testów do Zleceniodawcy w formie sprawozdania w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania płyty CD z wynikami z badania nagranych w formacie DICOM. Zleceniodawca zapewnia, że nagranie w formacie DICOM jest pozbawione danych osobowych”.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 7.

Czy zapytanie zawiera wzór oświadczenia, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw.z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Odp.: Tak, Zamawiający zaktualizował załączniki do wzoru umowy i dodał wymieniony wzór oświadczenia jako załącznik nr 4 do umowy.

Z poważaniem

Karolina Karwala
Inspektor ds. aparatury medycznej
Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. św. Jana Pawła II