

Kraków, 15.01.2025

LI/5503/1/2025

Dział Inżynierii Klinicznej

tel. 0-12 614 24 57

e-mail: k.karwala@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy postępowania: **LI/5503/1/20525 pn. Przetarg ofertowy LI/5503/01/2025 na dostawę aparatu RTG przyłóżkowego analogowego**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane kolejne pytania:

PAKIET I - Aparat RTG przyłóżkowy analogowy - 1 sztuka

1

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Aparat RTG przyłóżkowy posiadający generator o częstotliwości 40 kHz ?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Aparat RTG przyłóżkowy posiadający nastawy mA w zakresie: 25-400 mA ?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Aparat RTG przyłóżkowy posiadający szerokość całkowitą wynoszącą 680 mm ?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

pkt. 7) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o częstotliwości generatora 40 kHz? Jest to wartość standardowa dla tego typu urządzeń, w pełni wystarczająca do wykonywania pełnego zakresu badań.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

(pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o zakresie nastaw 50-500 mA? Jest to zakres pozwalający na wykonanie wszystkich rodzajów badań z zaznaczeniem, że wskazany zakres jest większy niż wymagany.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.

(pkt. 20, 31) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o pojemności cieplnej anody 107 kHU? Różnica pomiędzy wartością wymaganą, a oferowaną nie będzie miała wpływu na właściwości użytkowe aparatu.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7.

(pkt. 24) Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 210 kg? Konstrukcja aparatu zapewnia możliwość sprawnego operowania aparatem w środowisku szpitalnym.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8.

(pkt. 38) Czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy, w przypadku konieczności sprowadzania części zza granicy Polski?

Odp.: Zamawiający informuję, że pkt. 38 przyjmuje postać: *gwarantowany czas naprawy, max. 10 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy.*

Pytanie 9.

(umowa, § 4 ust. 5) Czy Zamawiający dokona korekty błędnego naszym zdaniem odwołania w § 4 ust. 5 projektu umowy?

Odp.: TAK, Zamawiający dokonał korekty w projekcie umowy który został załączony do niniejszych odpowiedzi jako załącznik nr 1.

Pytanie 10.

(umowa, § 4 ust. 7) Czy Zamawiający potwierdzi, że obowiązek wskazany w § 4 ust. 7 projektu umowy dotyczy zgłoszenia zastrzeżenia bezpośrednio po realizacji dostawy? W przypadku potwierdzenia proponujemy wprowadzenie do § 4 ust. 7 projektu umowy postanowienia, iż zgłoszenie to będzie miało miejsce w terminie do 10 dni roboczych od momentu podpisania protokołu odbioru. Po upływie tego terminu Wykonawcę winny obowiązywać zasady serwisu gwarancyjnego określone w ofercie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany w zapisie projektu umowy.

Pytanie 11.

(umowa, § 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie faktury w wersji elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej? Proponujemy wprowadzenie do § 3 ustępu o poniższym brzmieniu:

„Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury w wersji elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej: ...”.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.