

ZAŁĄCZNIK 2 do umowy

OPIS CZYNNOŚCI SERWISOWYCH WYKONYWANYCH PODCZAS PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ SERWISOWĄ

DIATERMIE CHIRURGICZNE; model: ICC300E,VIO300D,VIO300S

- kontrola napisów i instrukcji obsługi
- kontrola wizualna aparatu i wyposażenia pod kątem uszkodzeń
- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/
- kontrola działania wszystkich elementów obsługi i kontrolnych urządzenia
- kontrola monitorów bezpieczeństwa (nadzoru)
- kontrola działania trybów pracy i upgrade'ów
- kontrola gniazd
- pomiary mocy wyjściowej poszczególnych trybów pracy
- odczyt i analiza rejestru błędów
- wystawienie protokołu przeglądu oraz ewent. wpisy do dokumentacji klienta

PRZYSTAWKI ARGONOWE; model: APC 2, APC 300

- kontrola napisów i instrukcji obsługi
- kontrola wizualna aparatu i wyposażenia pod kątem uszkodzeń
- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/
- kontrola działania trybów pracy
- kontrola działania wszystkich elementów obsługi i kontrolnych urządzenia
- kontrola monitorów bezpieczeństwa (nadzoru)
- pomiar przepływu gazu
- kontrola obwodu gazowego /butla, reduktor, przewody/
- odczyt i analiza rejestru błędów
- kontrola osprzętu (przekazanego przez Użytkownika)
- wystawienie protokołu przeglądu oraz ewent. wpisy do dokumentacji klienta

APARAT DO KRIOBIOPSJI model: CRYO 2

- kontrola napisów i instrukcji obsługi
- kontrola wizualna aparatu i wyposażenia pod kątem uszkodzeń
- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/
- kontrola działania wszystkich elementów obsługi i kontrolnych na urządzeniu
- pomiar przepływu gazu
- kontrola obwodu gazowego i działania zaworów
- odczyt i analiza rejestru błędów
- kontrola osprzętu (przekazanego przez Użytkownika)
- wystawienie protokołu przeglądu oraz ewent. wpisy do dokumentacji klienta